



AC 063



Jednostka
Certyfikująca
tel: +48 22 789 11 11
fax: +48 22 789 11 10



AB 059
AB 060
AB 207
AB 1280

Zespół Laboratoriów
Technicznego Wyposażenia
Straży Pożarnej
i Technicznych
Zabezpieczeń
Przeciwpożarowych
tel: +48 22 769 33 11

Zespół Laboratoriów
Badań Chemicznych
i Pożarowych
tel: +48 22 769 32 52

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu
Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
tel: +48 22 769 32 24

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
tel: +48 22 769 32 18

Zakład Aprobat
Technicznych
tel: +48 22 769 33 80

**CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
**SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION**
NATIONAL RESEARCH INSTITUTE



Józefów dnia 19.04.2012r.
Znak: TGZ/6/ /2012

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę stanowiska badawczego do wykonania pomiarów temperatury zapłonu warstwy pyłów WG PN -EN 50281-2-1.

W związku z pytaniami Wykonawcy dotyczącymi treści SIWZ. na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie:

W związku z wymogiem potwierdzenia dostawy takiego stanowiska w ciągu ostatnich 3 lat, proszę o informację czy zostanie zaakceptowane potwierdzenie wcześniejszej realizacji takiego zadania.

Nadmieniam, że wymieniona norma PN-EN -50281-2-1 od 2002 roku nie uległa zmianie wobec czego stanowiska starsze niż 3 lata musi spełniać warunki obowiązujące obecnie.

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany do treści SIWZ i ogłoszenia poprzez wykreślenie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Informujemy również o zmianie terminu składania ofert na dzień 26.04.2012r do godz. 10:00.

Z-ca DYREKTORA
ds. TECHNICZNYCH

bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup