



AC 063



Jednostka  
Certyfikująca  
tel: +48 22 789 11 11  
fax: +48 22 789 11 10



AB 059  
AB 060  
AB 207  
AB 1280

Zespół Laboratoriów  
Technicznego Wposażenia  
Straży Pożarnej  
i Technicznych  
Zabezpieczeń  
Przeciwpożarowych  
tel: +48 22 769 33 11

Zespół Laboratoriów  
Badań Chemicznych  
i Pożarowych  
tel: +48 22 769 32 52

Zespół Laboratoriów  
Sygnalizacji Alarmu  
Pożaru  
i Automatyki Pożarniczej  
tel: +48 22 769 32 24

Zespół Laboratoriów  
Procesów Spalania  
i Wybuchowości  
tel: +48 22 769 32 18

Zakład Aprobataj  
Technicznych  
tel: +48 22 769 33 80

**CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE  
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**  
*im. Józefa Tuliszkowskiego*  
**PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**  
**SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE  
FOR FIRE PROTECTION**  
**NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**



TGZ/19/2013/5398

Józefów 20.06.2013r.

## INFORMACJA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę szybkiej kamery cyfrowej wraz z oprzyrządowaniem”

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonał zmiany w treści SIWZ:

Było:

a) prędkość zapisu równą co najmniej **77500 klatek** na sekundę przy rozdzielczości 128 x 24 pikseli, 262500 klatek na sekundę przy rozdzielczości 128 x 128 pikseli, 87500 klatek na sekundę przy rozdzielczości 256 x 256 pikseli oraz 7500 klatek na sekundę przy rozdzielczości 1024 x 1000 pikseli.

Jest :

a) prędkość zapisu równą co najmniej **775 000 klatek** na sekundę przy rozdzielczości 128 x 24 pikseli, 262 500 klatek na sekundę przy rozdzielczości 128 x 128 pikseli, 87 500 klatek na sekundę przy rozdzielczości 256 x 256 pikseli oraz 7500 klatek na sekundę przy rozdzielczości 1024 x 1000 pikseli.

W załączeniu SIWZ po zmianach

Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych  
*Biskup*  
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup