



AC 063



Jednostka
Certyfikująca
tel: +48 22 789 11 11
fax: +48 22 789 11 10



AB 059
AB 060
AB 207
AB 1280

Zespół Laboratoriów
Technicznego Wyposażenia
Straży Pożarnej
i Technicznych
Zabezpieczeń
Przeciwpożarowych
tel: +48 22 769 33 11

Zespół Laboratoriów
Badań Chemicznych
i Pożarowych
tel: +48 22 769 32 52

Zespół Laboratoriów
Sygnalizacji Alarmu
Pożaru
i Automatyki Pożarniczej
tel: +48 22 769 32 24

Zespół Laboratoriów
Procesów Spalania
i Wybuchowości
tel: +48 22 769 32 18

Zakład Aprobata
Technicznych
tel: +48 22 769 33 80

**CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ**
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
**SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION**
NATIONAL RESEARCH INSTITUTE



TGZ/24/616/2013

Józefów dnia 5.07.2013r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu kontrolno-pomiarowego do badania korozji zewnętrznej gasiczno-przenośnych i przewoźnych wg PN-EN 3-7 oraz PN-EN 1866-1”

W związku z pytaniami do SIWZ na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1: Wilgotność w komorze badawczej podczas wytwarzania mgły solnej (aerozol) wynisi 100 %. W takim przypadku brak jest możliwości sterowania wilgotnością. Czy Zamawiający odstąpi od możliwości programowania zmienności wilgotności ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza odstępnie od możliwości programowania zmienności wilgotności.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu dostawy komory do 12 tygodni ze względu na bardzo specyficzną budowę urządzenia dostosowaną do Państwa wymagań ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przedłużenia terminu dostawy sprzętu do 12 tygodni

Pytanie 3: prosimy o zmianę treści umowy w załączniku nr 6 do SIWZ w § 5 jak niżej:

1. W ramach obsługi serwisowej urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nieodpłatnie 1 przeglądu konserwacyjnego w okresie gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nowe sformułowanie § 5 załącznika nr 6 do SIWZ (Wzór Umowy)

DYREKTOR CNBOP-PIB

ml. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski