



CNBOP-PIB

TWÓJ PARTNER W
BEZPIECZEŃSTWIE

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Józefów, 27.09.2019 r.

TGZ/2374/09/26/8467/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę Komory klimatycznej o pojemności roboczej ok. 1700 litrów i parametrach pracy – temperatury -75 +180 °C, wilgotność 10-98% RH
zn. TGZ/09/2019.

Zgodnie z postanowieniami Art.38 ust.1 i 2 ustawy prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) w związku z zadanymi pytaniami do w/w postępowania przetargowego, oraz na podstawie § 2 ust.5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia – wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1:

Pytanie dotyczy parametrów pracy z wilgotnością: czasowa stabilność wilgotności $\pm 2,5$ % RH.
Czy Zamawiający dopuszcza aby czasowa stabilność wilgotności mieściła się w zakresie od 1 % do 3 % RH ?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie 2:


Pytanie dotyczy wyposażenia: 2 wyjścia sygnałowe, czasowe, On/Off z poziomu sterownika, 250V/1A.
Czy Zamawiający dopuszcza aby komora zamiast 2 wyjść 250V/1A była wyposażona w 4 wyjścia cyfrowe 24V ?

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Ponadto informuję, że pozostałe warunki specyfikacji pozostają bez zmian.

DYREKTOR CNBOP-PIB


st. bryg. dr inż. PAWEŁ JANIK

Jednostka notyfikowana nr 1438

Certyfikaty akredytacji PCA: AB 059, AB 060, AB 207, AB 1280, AC 063

Certyfikowany System Zarządzania zgodny z PN-EN ISO 9001:2009

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213 Tel. +48 22 769 32 00 Fax +48 22 769 33 73 www.cnbop.pl cnbop@cnbop.pl

KRS: 0000149404 Regon: 000591685 NIP: 532-18-29-288 Bank Zachodni WBK | O/Otwock

Nr konta: 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937

