



CNBOP-PIB

TWÓJ PARTNER W
BEZPIECZEŃSTWIE

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Józefów, 23.03.2020 r.

TGZ/2374/01/03/2264/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Komory starzeniowej z lampą ksenonowo-łukową i systemem zraszania próbek wodą, zn. TGZ/01/2020.

Zgodnie z postanowieniami Art.38 ust.1 i 2 ustawy prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) i w związku z zadaniem pytaniem do w/w postępowania przetargowego – wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1:


W wymienionym wyżej postępowaniu Zamawiający postawił wymóg kontroli temperatury powietrza w komorze dla cyklu z naświetlaniem w zakresie 35-70 °C. Czy Zamawiający dopuści komorę w której zakres kontroli temperatury powietrza w komorze dla cyklu z naświetlaniem wynosi 35-65 °C ?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zaproponowany w pytaniu zakres temperatur.

Wszystkie pozostałe warunki i wymogi podane w ogłoszeniu nr 524635-N-2020 z dn. z dnia 18.03.br. oraz SIWZ z dnia 17.03.br. pozostają bez zmian.

DYREKTOR CNBOP-PIB


st. bryg. dr inż. PAWEŁ JANIK

Jednostka notyfikowana nr 1438

Certyfikaty akredytacji PCA: AB 059, AB 060, AB 207, AB 1280, AC 063

Certyfikowany System Zarządzania zgodny z PN-EN ISO 9001:2009

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213 Tel. +48 22 769 32 00 Fax +48 22 769 33 73 www.cnbop.pl cnbop@cnbop.pl

KRS: 0000149404 Regon: 000591685 NIP: 532-18-29-288 Bank Zachodni WBK I O/Otwock

Nr konta: 78 1090 1753 0000 0001 0130 3937

