

Józefów, 17.01.2022 r.

TGZ/2374/07 / 01 / 629 /2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę Komory klimatycznej - zn. TGZ/07/2021.

Zgodnie z postanowieniami Art.284 ust.1 i 2 ustawy prawo Zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) i w związku z zadaniem pytaniem do w/w postępowania – wyjaśniam co następuje:

Pytanie :

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia pracującego w oparciu o inny czynnik niż R449A

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowanie w ofercie urządzenia pracującego w oparciu o inny czynnik chłodzący niż R449A.

Wszystkie pozostałe warunki postępowania pozostają również bez zmian.

DYREKTOR CNBOP-PIB


st. bryg. dr inż. PAWEŁ JANIK