



CNBOP-PIB

TWÓJ PARTNER W
BEZPIECZEŃSTWIE

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Józefów, 4.07.2023 r.

TGZ/2374/ 4 / 10 / *6166* /2023

Dotyczy: Postępowania na dostawę kalorymetru do badania ciepła spalania próbek stałych i ciekłych
zn. TGZ/04/2023.

Zgodnie z postanowieniami Art.284 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) i w związku z zadanymi pytaniami do w/w postępowania – wyjaśniam co następuje:

1. Czy zamawiający wymaga w przypadku serwisu urządzenia, aby wykonawca posiadał autoryzowany serwis na terenie Polski poparty certyfikatem producenta?

Tak, zamawiający wymaga w przypadku serwisu urządzenia, aby wykonawca posiadał autoryzowany serwis na terenie Polski poparty certyfikatem producenta.

DYREKTOR CNBOP-PIB

Janik
st. bryg. dr inż. PAWEŁ JANIK

